

包装表示変更のお知らせ

呼吸機能回復訓練器

スーフル

謹 啓

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品「スーフル」につきまして、円滑に使用していただくため注意文を追記いたしましたのでお知らせいたします。なお、製品は従来と変わりありません。また、統一商品コード、JANコードの変更はありません。変更品は従来品がなくなり次第順次出荷いたします。変更に伴い新旧品が混在し、ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

何卒、従来と同様変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹 白



記

■品名：「スーフル」

1. 変更内容

(1) 本体

2ヶ所（表面・裏面）に注意文を追記いたしました。

| | 表面 | | 裏面 | |
|-----------|---|---|--|---|
| | 旧 | 新 | 旧 | 新 |
| 本体 |  | |  | |
| 追加 注意文 | <p>お願い:底の金属部分に触れないで下さい。 正しく使用できなくなる恐れがあります。</p> | | <p>ピーププレート(底の金属部分)に 触れないで下さい。</p> | |

2. 変更品出荷時期

| 品名 | 規格・包装 | 製造番号 | 出荷時期 |
|------|-------|--------|-----------|
| スーフル | 1本 | A1967S | 2011年2月上旬 |

(在庫状況により出荷予定時期が多少変更になることがあります。)

発売元

株式会社 ポーラファルマ
東京都品川区西五反田 8-9-5